



EG – Konformitätserklärung

Hersteller: UWT– GmbH 87488 Betzigau Westendstr. 5	Gerätetyp: Bezeichnung:	Höhenverstellbare Grenzwertmessung Kontinuierliche Füllstandmessung FN 6
---	--------------------------------	--

2006/95/EG
Elektrische Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen

Zur Beurteilung des Gerätes angewandte Normen:
DIN EN 61 010–1 (Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte)
EN 60 529 (IEC 529) (Schutzarten durch Gehäuse)

2004/108/EG
Elektromagnetische Verträglichkeit

Zur Beurteilung des Gerätes angewandte Normen:
EN 61 326 (EMV Anforderungen, Elektrische Betriebsmittel für Messtechnik, Leittechnik und Laboreinsatz)

Hiermit wird bestätigt, dass das oben genannte Betriebsmittel mit den wesentlichen Schutzanforderungen, die oben genannte Richtlinien festlegen, übereinstimmt.

Angaben zum Unterzeichner:

Name: Dipl. Ing. (FH) A. Haug, Technischer Leiter
Datum: 07/2007

Unterschrift: 